

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON / SAMPLE IDENTIFICATION :

Nature / nature : Tiges de Tatouage
 Numéro de lot / Batch number : 190320
 Conditionnement / Packaging : Simple emballage / Simple pack
 Date de réception / Date of receipt : 27/05/2020
 Date des essais / Test date : 29/05/2020 - 12/06/2020
 Numéro de bon de commande / Order number : CDE TEST KEYBIO N°10
 Code laboratoire / Lab ID : K20004155001 - Référence : 0AK05C
 Informations Complémentaires / Further information : x 20 échantillons / samples - EXP : 02/2022

DEMANDEUR D'ESSAIS / SPONSOR :

ITC
 ZAC DU BREUIL
 18 RUE ROBERT SCHUMAN
 54850 MESSEIN
 FRANCE

CONDITIONS DE L'ESSAI / TEST CONDITIONS :

Méthode : Ensemencement Direct / Method : Direct Inoculation
 Nombre échantillons par milieu de culture : 10 / Number of samples for each medium : 10
 Volume milieu de culture : 1200 ml / Volume of culture medium : 1200 ml
 SIP : 1 / SIP : 1
 Applicabilité de la Méthode : Vérifiée (Cf Rapport n°M12-04211) / Suitability Test Method : Checked (See Report n°M12-04211)

TEXTE(S) DE REFERENCE(S) / REFERENCE(S) :

Pharmacopée Européenne 2.6.1 / European Pharmacopoeia 2.6.1

RESULTATS / RESULTS :

Numéro échantillon / Sample identification : K20004155001

Paramètres Analytiques / Analytical Parameters	Spécifications	Résultats / Results
Milieu Liquide au Thioglycolate / Fluid Thioglycollate medium	Absence croissance microbienne / No microbial growth	Absence Croissance Microbienne / No Microbial Growth
Milieu à l'hydrolysate de caséine et de soja / Soybean-Caseine Medium	Absence croissance microbienne / No microbial growth	Absence Croissance Microbienne / No Microbial Growth
Fertilité des milieux de culture / Growth Promotion Test	Croissance souches tests / Growth of tested microorganisms	Conforme / Suitable
Stérilité milieux de culture / Media Sterility Test	Absence croissance microbienne / No microbial growth	Absence Croissance Microbienne / No Microbial Growth

CONCLUSION / CONCLUSION :

Ce rapport d'essai ne concerne que les produits soumis à essais et les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu / This test report only concerns samples in testing and the results apply to the sample as received.

Dans les conditions de l'essai / Under the conditions of the test :

L'échantillon (K20004155001) testé est conforme aux critères définis / The tested sample (K20004155001) complies with the specifications.

Vérifié par / Checked by :

Olivier LEMAIRE

Test Manager

12/06/2020 15:22:08

Approuvé par / Approved by :

Docteur Jean-Jérôme LUCCHINI

Chief Scientist

15/06/2020 07:52:18

Pour déclarer ou non la conformité aux spécifications, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. Les prestations rapportées dans ce document non couvertes par l'accréditation sont identifiées par le symbole *. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ce rapport d'essai a été signé par voie électronique.

To declare the conformity to specifications, the uncertainty associated with the results was not taken into account. The services reported in this document not covered by the accreditation are identified by the symbol *. This document may not be reproduced than in complete photographic fac-simile form. COFRAC accreditation attests the technical abilities of the Laboratory for the only tests covered by accreditation. This test report was signed electronically.