

**ESSAI DE STERILITE**

Rapport d'Essais N° M17-04436

**IDENTIFICATION DU DEMANDEUR D'ESSAIS :**  
 ITC  
 ZAC du Breuil  
 18 rue Robert SCHUMAN  
 54850 MESSEIN  
 Monsieur Jean-Christian ANDRE

**IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON :**

Nature : Tiges de Tatouage  
 Référence : 0AL05B  
 Numéro de lot : 161220  
 D.L.U. : 11/2019  
 Conditionnement : Simple emballage  
 Nombre d'échantillons/lot : 20  
 Code Laboratoire : 4/0690/4/0001/17  
 Date de réception : 12/06/2017  
 Date des essais : du 13/06/2017 au 27/06/2017

**TEXTES DE REFERENCE :**

P.E. 9ème édition - 2.6.1

**CONDITIONS DE L'ESSAI :**

Méthode : ensemencement direct  
 Quantité par milieu de culture : 10 dispositifs  
 Essai de bactériostase / fongistase : validé (Rapport d'essai M12-04211).

**RESULTATS :**

**Echantillon 4/0690/4/0001/17**

Paramètres Analytiques	Résultats
Stérilité milieux de culture	Conforme
Fertilité milieux de culture	Conforme
Bactéries aérobies - anaérobies	-
Levures - moisissures	-

+ : croissance

- : absence de croissance

**CONCLUSION :**

Dans les conditions de l'essai, l'échantillon testé satisfait à l'essai de stérilité .

**M. Olivier LEMAIRE**  
 Responsable des essais

**Dr. Jean - Jérôme LUCCHINI**  
 Directeur Scientifique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe. - KEYBIO M17-04436(1/1) -

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation  
 Ce rapport d'essais ne concerne que les objets soumis à essais.

Z.I. Les Paluds -Pôle Performance - BT C2 - BP 1427 - 13785 AUBAGNE Cedex - Tél. : 33 (4) 42 84 29 00 - Fax : 33 (4) 42 84 28 84  
 keybio@keybio.com - www.keybio.com - S.A.S. au capital de 547 500 euros - RCB 348 238 523